



**7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ  
Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ**  
im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego  
ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk



Gdańsk dnia 21.11.2019 r.

### INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

**Przedmiot zamówienia:**

Dostawa materiałów do sterylizacji (postępowanie nr 36/2019)

**KOD CPV:**

24950000-8 Specjalistyczne produkty chemiczne, 30192800-9 Etykiety samoprzylepne, 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe, 33124131-2 Paski odczynnikowe, 33772000-2 Jednorazowe wyroby papierowe

**Tryb postępowania:**

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro, w związku z powyższym zamówienie realizowane jest poza trybem przetargowym na podstawie art. 4, ust. 8 Pzp.

**Termin obowiązywania umowy:**

od 01.12.2019 do 30.11.2020 roku.

**Wartość szacunkowa ogółem brutto:**

121 302,97 zł

Do Kancelarii jawnej 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA KONTRADMIRAŁA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk w terminie do dnia **15.11.2019 r., godz. 09:00.**

**wpłynęły cztery oferty :**

1. Media-Med. Sp. z o.o., 31-481 Kraków, ul. Promienistych 7,
2. Informer Med. Sp. z o.o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań,
3. KTG Semigat S.A., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, p.318,
4. Greenpol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

**Zamawiający w wyniku analizy ofert wybrał ofertę najkorzystniejszą :**

Pakiet 1 - oferta nr 69/19 Informer Med. Sp. z o.o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań,  
Pakiet 2 - oferta nr 68/19 Media-Med. Sp. z o.o., 31-481 Kraków, ul. Promienistych 7,  
Pakiet 3 - oferta nr 71/19 Greenpol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra,  
Pakiet 4 - oferta nr 70/19 KTG Semigat S.A., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, p.318,  
Pakiet 5 - oferta nr 69/19 Media-Med. Sp. z o.o., 31-481 Kraków, ul. Promienistych 7,  
Pakiet 6 – brak ofert

**W pakiecie 5 Zamawiający odrzucił ofertę nr 69/19** Informer Med. Sp. z o.o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, gdyż Zamawiający wymagał w pozycji 4 testów do wykrywania pozostałości białkowych, wykrywających pozostałości białkowe na poziomie 1µg, których substancja testowa w przypadku obecności białek zmienia kolor już w 5-10 sekund. Z Państwa dokumentacji wynika, iż dopiero po 1-10 minutach wykrywa pozostałości zanieczyszczeń białkowych.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy nie spełnia wymogu Zamawiającego.

**KOMENDANT**

7 Szpitala Marynarki Wojennej  
z Przychodnią SP ZOZ  
im. kontradm. prof. W. Łasińskiego w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki,  
tel. 58/ 552 64 07  
Data wykonania 21.11.2019 r.  
T – 2712

Komendant  
7 Szpitala Marynarki Wojennej  
z Przychodnią SP ZOZ  
kmdr dr n. med. Dariusz Juszcak